



POR QUE A  
**TELERRADIOGRAFIA NÃO  
PODE SER REALIZADA COM  
PROTETOR DE TIREOIDE?**

## POR QUE A TELERRADIOGRAFIA NÃO PODE SER REALIZADA COM PROTETOR DE TIREOIDE?

- ⊙ Porque impossibilita visualizar as primeiras vértebras da coluna cervical, impossibilitando fazer os traçados cefalométricos;
- ⊙ Porque obstrui a visualização perfeita das vias aéreas (imagem de muita importância em pacientes respiradores bucais ou que possuem alterações nessa região);
- ⊙ Impede a visualização das alterações em tecidos moles, como ateromas em vasos sanguíneos.

**Telerradiografia com uso do protetor de tireoide** >>>

